

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 19.03.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusantigen-Nachweis - SARS-CoV-2 (Ag) (410):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

SARS-CoV-2 Antigen (Rapid Test)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

69087

**Prof. Dr. Marco Kachler
Fachhochschule Kärnten
Biomedizinische Analytik
St. Veiter Str. 47
9020 Klagenfurt**

Düsseldorf, 22.04.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 19.03.2021

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusantigen-Nachweis - SARS-CoV-2 (Ag) (410):

SARS-CoV-2 Antigen (Rapid Test)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
69087
Prof. Dr. Marco Kachler
Fachhochschule Kärnten
Biomedizinische Analytik
St. Veiter Str. 47
9020 Klagenfurt

Düsseldorf, 22.04.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

69087: Prof. Dr. Marco Kachler
Fachhochschule Kärnten
Biomedizinische Analytik

Ringversuch vom 19.03.2021

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt**
Institut für Qualitätssicherung in der
Virusdiagnostik - IQVD
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300
Fax: +49 30 8105 4303
Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

410 Virusantigen-Nachweis - SARS-CoV-2 (Ag)

SARS-CoV-2 Antigen (Rapid Test)

Testname	Einheit	Methode	Hersteller	ZW-Art	Kriterien erfüllt	
NADAL COVID-19 Ag Schnelltest		Rapid Test (382)	NAL VON MINDEN (MV)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)			
	410001	positiv (3)				Probe nicht bewertet
	410002	negativ (1)	negativ (1)	SW	+	
	410003	negativ (1)	negativ (1)	SW	+	
	410004	positiv (3)	positiv (3)	SW	+	
	410005	negativ (1)				Probe nicht bewertet
Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
		Rapid Test (382)	ANDERE HERSTELLER (ZY)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)			
	410001	positiv (3)				Probe nicht bewertet
	410002	negativ (1)	negativ (1)	SW	+	
	410003	negativ (1)	negativ (1)	SW	+	
	410004	positiv (3)	positiv (3)	SW	+	
	410005	negativ (1)				Probe nicht bewertet
Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
		Rapid Test (382)	ANDERE HERSTELLER (ZY)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)			
	410001	positiv (3)				Probe nicht bewertet
	410002	negativ (1)	negativ (1)	SW	+	
	410003	negativ (1)	negativ (1)	SW	+	
	410004	positiv (3)	positiv (3)	SW	+	
	410005	negativ (1)				Probe nicht bewertet